

ЦР 9002 X X X X X ТУ ВУ 300521831.072-2013

Код типа термодатчиков, с которым может работать измеритель

- 1 - все ТС и все термопары;
- 2 - термопары R, S, B;

Питание

- 1 - от источника напряжения переменного тока 220 В 50 Гц \*;
- 2 - от источника напряжения переменного тока 220 В или напряжения постоянного тока 220 В \*;
- 3 - от источника напряжения постоянного тока 24 В;
- \* - по заказу номинальное значение может быть 230 В

Наличие аналогового выхода и номинальное значение диапазона изменения выходного аналогового сигнала

- 0 - аналоговый выход отсутствует;
- 1 - 5 мА;
- 2 - 20 мА;

Реле

- 0 - отсутствуют;
- 1 - присутствуют;

Порт RS-485

- 0 - отсутствует;
- 1 - присутствует;